

ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі гематологічного аналізатора, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія

Державна Установа Інститут гідробіології Національної Академії наук України, що знаходиться за адресою: просп. Героїв Сталінграда, 12, м. Київ, 04210.
Код ЄДРПОУ: 05417029.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником

Гематологічний аналізатор

Код за ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання.

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі

Спрощена закупівля

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-05-07-002732-c • 0ca54cc782354b1c88844742de2c872c.
Посилання на закупівлю в системі PROZORRO:

<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-07-002732-c>

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість закупівлі становить 190 000,00 грн (з ПДВ).

Обґрунтування вартості здійснене на основі:

- аналізу ринкових цін на аналогічне обладнання провідних виробників;
- консультацій з офіційними постачальниками гематологічних аналізаторів в Україні;
- аналізу вартості аналогічного лабораторного обладнання, що має схожі технічні характеристики та функціональні можливості;

- аналізу аналогічних закупівель у системі **PROZORRO**.

Розрахунок очікуваної вартості проводився відповідно до примірної методики, затвердженої **наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275**.

5. Розмір бюджетного призначення

190 000,00 грн (з ПДВ) згідно з кошторисом на 2021 рік.

6. Нормативно-правове регулювання закупівлі

Закупівля здійснюється відповідно до:

- **Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII;**
 - **Бюджетного кодексу України;**
 - **Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами);**
 - **Інших чинних нормативно-правових актів у сфері державних закупівель.**
-

7. Загальні положення щодо предмета закупівлі

Гематологічний аналізатор є необхідним для проведення лабораторних досліджень у сфері гідробіології, екології водних систем, а також для аналізу біологічних зразків.

Закупівля даного обладнання забезпечить:

- **високоточне вимірювання показників складу біологічних зразків;**
- **оптимізацію та прискорення лабораторних досліджень;**
- **отримання достовірних та точних результатів аналізів.**

Гематологічний аналізатор повинен відповідати міжнародним стандартам якості, бути ергономічним у використанні та мати високу точність вимірювань.

8. Обґрунтування технічних характеристик

Технічні вимоги до предмета закупівлі передбачають наявність:

- **Автоматизованої системи аналізу з високою продуктивністю (не менше 30 проб/год).**
- **Методики аналізу за допомогою лазерного розсіювання та електричного імпедансу.**
- **Можливості вимірювання мінімум 18 параметрів крові (включаючи WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT).**

- Дисплея для візуалізації отриманих даних.
- Вбудованого принтера для оперативного друку результатів аналізів.
- Сумісності із сучасними лабораторними інформаційними системами (LIS).
- Комплектації, що включає всі необхідні реагенти та витратні матеріали для роботи.
- Зручного інтерфейсу для керування та роботи оператора.

Гематологічний аналізатор повинен відповідати чинним вимогам МОЗ України та бути офіційно зареєстрованим для використання в лабораторних дослідженнях.

9. Обґрунтування якісних характеристик

Якість обладнання повинна відповідати:

- міжнародним стандартам ISO щодо лабораторної діагностики;
- вимогам виробника щодо точності, надійності та довговічності;
- державним стандартам України щодо вимірювального обладнання.

З метою забезпечення належної якості виконання досліджень, гематологічний аналізатор повинен мати:

- високу точність та швидкість вимірювань;
 - автоматичну систему самокалібрування;
 - гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування від офіційного постачальника.
-

10. Вимоги до постачальника

Постачальник повинен:

- мати відповідний досвід постачання лабораторного та медичного обладнання;
 - надати сертифікати відповідності на запропоноване обладнання;
 - забезпечити навчання персоналу щодо роботи з аналізатором (за потреби);
 - надати гарантію на поставлене обладнання не менше ніж 12 місяців.
-

11. Строк поставки товару

З 10 червня 2021 року до 31 липня 2021 року.

Місце поставки: просп. Героїв Сталінграда, 12, м. Київ, 04210.

Уповноважена особа



Олена Казакова