

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом Уповноваженої особи № 25

від 06.05.2026 р.

### ОБҐРУНТУВАННЯ

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

1. **Найменування замовника:** Інститут гідробіології Національної академії наук України.
2. **Код ЄДРПОУ:** 05417029.
3. **Місцезнаходження:** 04210, Україна, м. Київ, проспект Володимира Івасюка, буд. 12.
4. **Назва предмета закупівлі:** Автоклав ГК-20 з вакуумним сушінням.
5. **Код за ДК 021:2015:** 33191110-9 — Автоклави.
6. **Вид процедури закупівлі:** Закупівля без використання електронної системи закупівель.
7. **Ідентифікатор закупівлі:** UA-2026-05-06-015197-a  
<https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-05-06-015197-a/>
8. **Очікувана вартість предмета закупівлі:** 95 000,00 грн без ПДВ.
9. **Обґрунтування очікуваної вартості:** Розрахунок очікуваної вартості здійснено відповідно до Примірної методики, затвердженої наказом Мінекономіки №275, на підставі аналізу ринкових цін на спеціалізоване лабораторне стерилізаційне обладнання та згідно з остаточною комерційною пропозицією постачальника ФОП Козлової Д.Ю., що становить 95 000,00 грн.
10. **Розмір бюджетного призначення:** Розмір бюджетного призначення за кошторисом становить 95 000,00 грн без ПДВ. Сума відповідає бюджету конкурсного проекту Національного фонду досліджень України (НФДУ) «Розробка науково обґрунтованих підходів та методів контролю шкідливого "цвітіння" ціанобактерій як інструмент забезпечення екологічної безпеки держави» (Договір № 23.07/0394 від 02.03.2026 р.).

11. **Нормативно-правове регулювання:** Закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель, затверджених постановою КМУ №1178 від 12.10.2022.
12. **Обґрунтування застосування закупівлі без використання електронної системи:** Закупівля здійснюється відповідно до пункту 11 Особливостей, затверджених постановою КМУ №1178, оскільки вартість предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015 не перевищує 100 тис. гривень. Прямий договір укладено для забезпечення належних умов проведення біологічних аналізів та роботи з токсичними штамами в межах наукового проєкту НФДУ.
13. **Обґрунтування технічних характеристик предмета закупівлі:** Технічні характеристики автоклава ГК-20 з вакуумним сушінням визначені потребою у надійній стерилізації лабораторного посуду. Обладнання повинно забезпечувати автоматизоване керування стерилізаційним циклом, високу стабільність режимів обробки та наявність функції вакуумного сушіння, що критично важливо для дотримання вимог біологічної безпеки при роботі з ціанобактеріями.
14. **Обґрунтування якісних характеристик предмета закупівлі:** Товар повинен бути новим, лабораторного виробництва та відповідати міжнародним стандартам якості та безпеки. Постачальник гарантує справність обладнання, надає гарантійний термін експлуатації та повний пакет супровідної технічної документації українською мовою.

**Уповноважена особа:**

Олена КАЗАКОВА

Тел.: +41605937223

Email: marlena88@ukr.net

